

# 仕様書

- 1 品名 恒温水循環装置
- 2 用途 コンクリート供試体標準養生水槽の温度制御
- 3 仕様
  - (1) 形式 本体を屋外、熱交換タンクを屋内水槽に配置する分離形式
  - (2) 制御温度  $20^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
  - (3) 使用水槽  $27\text{m}^3$   
(長さ5.2m×幅0.9m×深さ1.1mが5列左右交互につながり  
連続する水槽(別紙参考))
  - (4) 温度制御 現在、上記水槽を2台の装置で温度制御しており、うち1台を更新するもの。既存装置は(株)マルイ社製:セパレート式(別紙参考)。
  - (5) 温度制御操作 屋内水槽横で操作が可能なもの
  - (6) 電源 200V
- 4 数量 1台
- 5 既存機の撤去、据付及び動作確認
  - (1) 既存機撤去・処分、本体等据付・接続に係る経費を含むものとし、撤去、据付等は、  
(公財)鳥取県建設技術センターと十分な協議の上、実施することとする。
  - (2) 本体等据付・接続後、動作確認を行うこと。
- 6 納入場所 公益財団法人鳥取県建設技術センター 試験棟(コンクリート試験室)
- 7 納期 令和7年3月28日まで