


測定日	年2回 8月(夏期) 2月(冬期)
JIS要求事項	20℃±2℃
管理温度	20℃±1℃

養生水槽温度計測定委位置



恒温水槽の仕様	【既存装置】	【今回更新】
管理番号	208-1	209
設置年月	2006年1月	2004年1月
循環形式	セパレート式	セパレート式
仕様可能水槽	11~15m ³	11~15m ³
循環ポンプ	本体内蔵270/380w	270/380w
陸上ポンプ	水槽外設置750w	750w
冷凍機	2.2kw(空冷)	2.2kw
過熱器	10kw	10kw

養生水槽恒温水配管図

