

仕様書

1 品名 200kN圧縮試験機

2 用途 コンクリート、モルタル等の強度試験

3 仕様

- | | |
|---------------|--|
| (1) 構成 | 本体および計測制御装置 |
| (2) 準拠規格 | JIS A 1108(コンクリートの圧縮強度試験方法)
JIS R 5201(セメントの物理試験方法) |
| (3) 最大容量 | 200kN |
| (4) 測定レンジ(kN) | 6段(最大200, 最小5以下)(例:200, 100, 40, 20, 10, 4) |
| (5) 計測制御 | 手動操作 |
| (6) 寸法(mm) | 幅1600×奥行800×高さ1800 程度 |
| (7) 電源 | 3相200V |

4 数量 1台

5 既存機の撤去、据付及び動作確認

- (1) 既存機撤去、本体等据付に係る経費を含むものとし、撤去、据付は、公益財団法人鳥取県建設技術センターと十分な協議の上、実施することとする。
- (2) 本体等据付後、動作確認を行うこと。
- (3) 動作確認後校正を実施し、JIS B 7721(引張試験機・圧縮試験機—力計測系の校正方法及び検証方法)箇条7に規定する1等級以上の試験機であることを確認するとともに、JCSSのロゴマーク入り校正証明書を提出すること。

6 納入場所 公益財団法人鳥取県建設技術センター 試験棟(コンクリート試験室)

7 納期 令和7年12月26日まで

(参考機種) 東京衡機試験機社製 ABM-200D5