

仕 様 書

- | | | | |
|------------|--|--|--------------------------|
| 1 品名 | ロサンゼルス試験機 | | |
| 2 用途 | ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験に使用 | | |
| 3 仕様 | (1) 準拠する規格 | JIS A 1121:2022 | ロサンゼルス試験機による粗骨材のすりへり試験方法 |
| | (2) 回転数 | 毎分30回～33回 | |
| | (3) ドラム寸法 | 内径710mm±5mm 内側長さ510mm±5mm 鋼製(厚み13mm以上) | |
| | (5) ドラム内柵寸法 | 長さ:円筒の内側長さと同じ 幅:89mm±2mm 厚さ:25mm±2mm | |
| | (6) 電源 | 3相200V | |
| | (7) 自動停止 | 減算カウンター | |
| 4 付属品 | (1) 鋼球 | JIS B 1501に規定する鋼球12個 (1 ¹ / ₃ ×7個、1 ¹ / ₈ ×5個) | |
| | (2) 試料受皿 | 数量1 | |
| 5 数量 | 1台 | | |
| 6 据付及び動作確認 | (1) 既存機撤去、本体等据付(電気工事含む)に係る経費を含むものとし、公益財団法人鳥取県建設技術センターと十分な協議の上、撤去・据付を実施することとする。 | | |
| | (2) 本体等据付後、動作確認を行うこと。 | | |
| 7 納品場所 | 公益財団法人鳥取県建設技術センター 試験棟 ロサンゼルス試験室 | | |
| 8 引渡期限 | 令和7年12月19日まで | | |