

仕 様 書

- 1 品名 乾燥機(循環恒温乾燥炉)
- 2 用途 土質及び骨材試験の試料乾燥に使用
- 3 仕様
- (1) 方式 風式
 - (2) 温度範囲 常温～150℃ (±1℃温度管理)
 - (3) 本体寸法 幅1200mm×奥行き1100mmの範囲に設置できること
 - (4) 内寸法 W1000mm×D750mm×H1200mm以上
 - (5) 棚板 棚板5枚(棚受5段) SUS-304 耐荷重70kg/段以上
 - (6) 棚板寸法 W970mm×D730mm以上
 - (7) 内外装材質 SUS-304 ステンレス製
 - (8) 電源 三相200V
 - (9) タイマー 1分～999時間(電源オン・オフ)
 - (10) 安全装置 漏電ブレーカー、警報ランプ、加熱防止サーモスタット、制御ヒューズ
- 4 数量 2台
- 5 据付及び動作確認
- (1) 既存機撤去、本体等据付(電気工事含む)に係る経費を含むものとし、公益財団法人鳥取県建設技術センターと十分な協議の上、撤去・据付を実施することとする。
 - (2) 本体等据付後、動作確認を行うこと。
- 6 納品場所 公益財団法人鳥取県建設技術センター 試験棟土質試験室(1台)、骨材試験室(1台)
- 7 引渡期限 令和8年1月30日まで