

仕 様 書

- 1 品 名 電磁式ふるい振とう機
- 2 用途 骨材試験のふるい分け試験に使用
- 3 仕様 (1) 方式 電磁式
 (2) 振動数 3000回以上／分(50Hz)、3600回以上／分(60Hz)
 (3) 振幅振動 0.1mm(MIN)～3.0mm以上(MAX)
 (4) ふるい搭載数
 及び種類 標準JISふるい、φ200mm／h60mm6段(受皿除く)
 (5) 測定範囲 20μ～63mm
 (6) 測定時間 3～20分以上
 (7) 寸法 幅45cm×奥行45cmの範囲に設置できること
- 4 数量 1台
- 5 据付及び動作確認
 (1) 公益財団法人鳥取県建設技術センターと十分な協議の上、据付することとする。
 (2) 本体等据付後、動作確認を行うこと。
- 6 納品場所 公益財団法人鳥取県建設技術センター 試験棟骨材試験室(1台)
- 7 納入期限 令和7年11月21日まで

参考 : 現行機種 フリッチュジャパン(株)製 A-3 BASIC